

## Таблица 2

Интервал взвешивания в ценах поверочного деления	Пределы допускаемой погрешности,	
	при поверке	при эксплуатации
от $MIN_1$ до $500 e_1$ включ.	$\pm 0,5 e_1$	$\pm 1,0 e_1$
св. $500 e_1$ до $2000 e_1$ включ.	$\pm 1,0 e_1$	$\pm 2,0 e_1$
св. $2000 e_1$ до $MAX_1$ включ.	$\pm 1,5 e_1$	$\pm 3,0 e_1$
св. $MIN_2$ до $2000 e_2$ включ.	$\pm 1,0 e_2$	$\pm 2,0 e_2$
св. $2000 e_2$ до $MAX_2$ включ.	$\pm 1,5 e_2$	$\pm 3,0 e_2$